

Sarunu procedūras par kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru iegādi izvēles pamatojums.

Pasūtītājs piemēro sarunu procedūru iepirkumam „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru iegāde”, ID Nr. VCB 2013/01S, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63. panta otrās daļas 2. punkta noteikumiem, jo pasūtītājam nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā preču piegādātāja (ražotāja), lai papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās preces vai iekārtas, jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), pasūtītājam vajadzētu iepirkt preces, kuras tehniski atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām precēm, un šāda atšķirība radītu ar preču vai iekārtu uzturēšanu un ekspluatāciju saistītas grūtības.

Bērniem ar dzirdes traucējumiem tiek veiktas kohleāro (dzirdes) implantu, turpmāk “KI”, ievietošanas ķirurģiskās operācijas. Katram KI kā neatņemama sastāvdaļa ir ārējais skaņas procesors. Ārējā skaņas procesora vidējais kalpošanas laiks ir pieci gadi.

Katrs kohleārais implants darbojas komplektā ar savu, tieši tādu ārējās skaņas procesoru, kāds pielietots veicot implantēšanas operāciju.

Konkrētajam bērnam ieoperētajam implantam nevar pielietot ne cita ražotāja, ne pat tā paša ražotāja citas paaudzes procesoru.

Latvijā tiek implantēti tikai divu ražotāju “Med-El” /Austrija/ un “Nucleus” Cochlear /Austrālija/ kohleārie implantu, citu nav un reāli nevar būt.

Ražotājiem “Med-El” /Austrija/ un “Nucleus” Cochlear /Austrālija/ ir katram viens autorizētais pārstāvis Latvijā.